

石家庄高新区行政审批局

石高环表〔2026〕16号

关于河北明卓农业科技有限公司生物实验室 项目环境影响报告表的批复

河北明卓农业科技有限公司：

你单位委托河北沐飞环境科技有限公司编制的《河北明卓农业科技有限公司生物实验室项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

河北明卓农业科技有限公司生物实验室项目（项目代码：2509-130171-89-01-135753）位于石家庄高新区天山南大街695号3号楼A座（联东U谷3-A）。项目总投资1200万元，其中环保投资30万元。项目主要建设内容：租用联东U谷3-A现有厂房，新增气相色谱仪、高效液相色谱、液相色谱质谱联用仪、光照培养箱等实验仪器，建设农产品、环境非靶标生物等检验与测试技术开发的实验室及办公区域，开展相关领域检测技术研发及产品质量委托检验业务，年检测样品200个。

根据石家庄立清环保科技有限公司出具的《河北明卓农业科技科技有限公司生物实验室项目环境影响评价文件可行性技术评估报告》结论，我局原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的各项环境保护措施及要求。

二、建设单位要认真落实《报告表》中所列的各项污染防治设施和环保要求，确保各项污染防治措施正常运行和各项污染物长期、稳定达标排放，防止对地下水、大气、土壤的影响。

1、样品暂存、样品制备及前处理、实验分析废气收集后由风机引至二级活性炭吸附装置处理，通过1根25m排气筒（DA001）排放。

有组织非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值。甲醇、氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准限值。氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值。

厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。无组织甲醇、氯化氢排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表3企业边界挥发性有机物浓度限值；无组织氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建项目污染物厂界标准值。厂

区内非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物排放限值。

2、实验废液（实验室器具清洗废水、设备检测废水、实验室样品预处理及试剂配制废水）作为危险废物处置。生活污水、水生物饲养废水经联东U谷公共化粪池处理后，排入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）进一步处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）污水排放协议中标准要求。

3、加强噪声污染防治，合理布局，同时采取必要隔声降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、严格按照有关规定，对固体废物实施分类管理、处置。规范危险废物的贮存、转移及处置，危险废物暂存间按相关要求规范建设，危险废物在危险废物暂存间暂存后定期交有资质的单位处理。危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾执行《中华人民共和国生态环境法典》“生活垃圾污染防治”中规定。

5、做好源头控制措施，完善分区防渗措施，避免项目实施

对区域地下水水质产生污染。

6、加强项目环境风险防范。科学开展环境风险预测，提出合理有效的环境风险防范和应急措施，并按照规定报生态环境部门备案。

7、本项目主要污染物总量控制指标为：COD：0.007t/a，NH₃-N：0t/a，SO₂：0t/a，NO_x：0t/a，VOCs：0.001t/a。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定进行竣工环境保护验收。同时，应在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求申领排污许可证。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

五、你公司应在收到本批复后3个工作日内，将批准后的《报告表》报高新区生态环境局，并按规定接受环境保护主管部门的监督检查。

石家庄高新技术产业开发区行政审批局

2026年8月28日



固定资产投资项目

2509-130171-89-01-135753